

Ürün	Karanlık Oda Sistemleri
Kod	-
Model	-
PDF Katalog	<a href="#">katalog-9</a>
Şartname	Kullanım amacına göre değişken
Resim	<a href="#">RESİM-9</a>
Genel Tanım	Karanlık oda uygulama alanları class kontrollü ışık sızdırmaz bir yapıya sahip olması zorunludur. Tüm yüzeyler bakteri ve toz tutuculuğuna karşı korumalı olmalıdır. tüm yüzeyler mat sırlı siyah renkte olmalıdır.
Kullanım Alanları	Bu lab. sistemleri elektronik cihaz kalibrasyonunda, lazer optik çalıştırma ve test sistemlerinde kullanılmaktadır.
Teknik Özellikler	Çalışma prensibi gereği pozitif basınç altında olması gerektiğinden sızdırmazlık sağlanarak air lock geçitten giysi değiştirilerek lab. ortamına girilmelidir. Söz konusu özel giysi sayesinde nefes, ter, tüy, toz, vücut ifrazatlarını vb. dış ortama geçmemesini sağlayacak tam örtünme sağlayan temiz önlük, eldiven, ayakkabı, ağızlık, bone vs. gibi giysiler olmalıdır. Söz konusu mahaller min. 0,3 mikron baz alınarak 10 000 class düzeyinde olmalıdır. Çalışan personelin materyale zarar vermemesi koşulu ile yaşam sitandartlarına uygun iklimlendirme sistemi kurulmalıdır. Tüm veri ve dataları kontrol ederek kayıt altına alan ve istenildiğinde ortam şartlarının değişimini sağlayan otomasyon sistemi bulunmalıdır. Tüm yüzeyler sırlı siyah renkte olmalıdır. Böylece yapılacak olan kalibrasyon işlemleri ve diğer etkenler yansıma oluşmayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
Fiziksel Özellikler	Bu lab. sistemleri kullanıcının isteği ve gereksinimine doğrudan bağlı olarak belirlenir. Seçilen malzeme inceleme konusu olan materyale zarar vermemeli ve etkilenmemelidir. ayrıca malzeme parlaklık özelliği taşımamalıdır.
Opsiyonel	Bu lab. sistemlerinde kullanılacak malzeme, atmosferik şartlandırmalar, otomasyon kullanıcının isteği ve gereksinimine doğrudan bağlı olarak belirlenir.
Aksesuar	Kullanım amacına göre değişken